


- Форма головки винта обеспечивает комфорт пациенту
- Отверстие в головке для создания конструкции с использованием лигатур и ортодонтических дуг
- Борозда в головке для легкого наложения эластиков
- Полированная трансгингивальная часть конической формы для предотвращения инфицирования
- Высокая прочность и биосовместимость материала (сплав Ti6Al7Nb)
- Асимметричная резьба для надежной фиксации в костной ткани
- Заострение резьбовой части для упрощения установки

Протокол установки ортодонтических мини-имплантатов КОНМЕТ




Кат. №	Наименование
600.00	Кассета - стерилизатор

1.2

1.5


2.0



Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
603.11	8	0,5	Yellow
603.12	10	0,5	Yellow
603.21	8	1,5	Blue
603.22	10	1,5	Blue
603.31	8	2,5	Pink
603.32	10	2,5	Pink

Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
602.11	8	0,5	Yellow
602.12	10	0,5	Yellow
602.21	8	1,5	Blue
602.22	10	1,5	Blue
602.31	8	2,5	Pink
602.32	10	2,5	Pink
602.20	6	1,5	Green

Кат. №	L, мм	H, мм	Цветовая маркир.
601.11	8	0,5	Yellow
601.12	10	0,5	Yellow
601.21	8	1,5	Blue
601.22	10	1,5	Blue
601.31	8	2,5	Pink
601.32	10	2,5	Pink



Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
643.01	21	7	0,95
643.02	23	9	0,95
643.03	44	8	0,95

Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
642.01	21	7	1,2
642.02	23	9	1,2
642.03	44	10	1,2

Кат. №	Lo, мм	Lp, мм	D, мм
641.01	21	7	1,6
641.02	23	9	1,6
641.03	44	11	1,6



Кат. №	S, мм	L, мм
632.01	1,0	20
632.02	1,0	25

Кат. №	S, мм	L, мм
632.01	1,0	20
632.02	1,0	25

Кат. №	S, мм	L, мм
631.01	1,2	20
631.02	1,2	25



Кат. №	Наименование
522.11	Жало сменное

Кат. №	Наименование
522.11	Жало сменное

Кат. №	Наименование
622.11	Жало сменное



522.00 Рукоятка поворотная универсальная